

技术参数确认表

需求部门	神经内科	设备名称	无创脑水肿动态监护仪
数量（台/套）	1	预算金额（万元）	85
设备类型	医疗类 ☐ 科研类 ☐ 教学类 ☐ 医疗、科研、教学均可 ☒ 其他：		
是否带耗材	带耗材 ☒ 不带耗材 ☐		
设备使用需求			
设备用途及使用范围	颅内压、脑水肿量化数显监测，适用于对脑出血、脑梗塞、脑外伤、脑肿瘤、脑炎等一系列颅脑疾病引起的颅内压增高及继发性脑水肿、脑积水监测。		
安装场地	无特殊要求		
使用环境	无特殊要求		
交付时间	合同签订后 60 天内		
主要技术参数			
主要配置或模块名称	具体性能与参数要求	核心参数设置理由	可量化指标正偏离认定情况
	1. 正弦波输出频率：10 KHz-100 KHz		
	2. 阻抗测量精度：误差≤10%		越小越好
	3. 检测时间：≥1min		
	▲4. 通道数量：2 个及以上		通道数量≥2 个
	5. 测量方式：差分测量、旋转测量模型		
	6. 零点地悬浮技术：无需接地，移动更方便		
	★7. 检测指标：颅内压值，数显，曲线图	满足各类神经疾病患者颅内压量化数显监测功能	
	▲8. 检测指标：水肿系数值，数显，曲线图	满足各类神经疾病患者水肿	可监测参数越多越好

		量化数显监测功能	
	▲9. 检测指标：扰动系数值，数显，曲线图		可监测参数越多越好
	10. 推车一体式机型，液晶显示触屏		
	11. Windows 全中文操作系统		
	12. 监护曲线打印功能		
	13. 功能指标——a. 得到扰动系数值、水肿系数值和颅内压值（ICP），三参数同步监护；b. 能对扰动系数值、水肿系数值和颅内压值（ICP）按照柱状图/曲线图进行显示，并进行分类、储存、检索		
	14. 具有脑出血、脑梗死、脑外伤、去骨瓣、脑肿瘤监护模块，模块系统支持离线升级		
单台/套配置需求（一行只写一个配置）			
序号		数量	单位
1	主 机	1	台
2	测试线	2	套
3	电源线	1	根
4	熔断器	2	颗
5	防尘罩	1	件
6	使用说明书	1	本
7	合格证	1	张
8	保修卡	1	张
售后服务需求			
保修年限	3 年		
耗材及零配件	提供耗材及主要零配件目录（含报价）		
故障响应时间	维修到达现场时间≤6 小时（本地）；维修到达现场时间≤24 小时（外地）		

配件供应时间	≥10 年
维修资料	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
升级	软件终身免费升级