公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	麻醉科手术室	方亮	一次性使用可视喉罩气道导管	1. 一次性居中摄像头； 2. 可弯曲专利设计； 3. 囊压可视化。	个	2025年5月6日8时30分至9时
2	麻醉科手术室	方亮	高流量鼻氧管	1. 适配本院所有麻醉机接口； 2. 气体温度可达37℃； 3. 吸入浓度可调，可以保持相对稳定的状态。	个	2025年5月6日8时30分至9时
3	麻醉科手术室	李华	一次性使用手术电极	1. 适用范围：与氩气高频手术设备配合使用，可喷氩气，在开放性外科手术中进行切割、凝血使用。 2. 主要性能指标： （1）电气安全性能应符合GB 9706.1-2007和GB 9706.4-2009的互连要求以及相适应条款的要求； （2）电磁兼容性能符合YY 0505-2012、GB 9706.4-2009的互连要求以及相适应条款的要求； 3. 尺寸（mm）：总长3000±300 电极头插入长度：37±5 功能管插入长度：42±5 手柄长度：225±10 高频连线：2700±200 氩气软管长度：2700±300 电极头宽度：2.5±1 功能管外径：5.5±1	个	2025年5月6日8时30分至9时
4	麻醉科手术室	方亮	一次性使用支气管封堵器	必须是可视型。	个	2025年5月6日8时30分至9时
5	麻醉科手术室	方亮	一次性使用人体动脉血样采集器	1. 预设采血； 2. 双层孔石透气塞； 3. 抗凝剂为钙离子平衡肝素锂。	个	2025年5月6日8时30分至9时
6	麻醉科手术室	方亮	一次性使用呼出气体吸收过滤器	1. 可有效过滤0.5 μm以上的细菌及微粒，滤除率不小于90%； 2. 同时具备二氧化碳吸收功能，且吸收率不低于29%； 3. 产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	个	2025年5月6日8时30分至9时
7	消毒供应室	逯静	医用缝合针	1. 医用缝合针规格型号为1/2圆针、1/2角针； 2. 医用缝合针可经134℃高温高压蒸汽灭菌；	个	2025年5月6日8时30分至9时
8	消毒供应室	逯静	非吸收性外科缝线	1. 不可吸收性缝线规格型号：编织、不带针、0#-7#； 2. 不可吸收性缝线适配我科医用缝针，可经134℃高温高压蒸汽灭菌。 3. 非灭菌。	个	2025年5月6日8时30分至9时
9	消毒供应室	逯静	医用固定带	1. 规格（10-15）cm×（50-100）m； 2. 需耐高温高压，可经灭菌器进行高温高压蒸汽灭菌。	米	2025年5月6日8时30分至9时