

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	妇产科	手术电极	1. 手术电极主要由工作端、绝缘套管组成； 2. 前段材质为医用不锈钢或陶瓷管等耐高温耐腐蚀的材质，前端多种形状可选； 3. 手术电极可反复消毒使用。	个	2025年5月9日8时30分至9时
2	妇产科	一次性使用冲洗连接管	1. 产品经环氧乙烷灭菌； 2. 手术中冲洗创面或伤口。	个	2025年5月9日8时30分至9时
3	妇产科	细胞预处理试剂盒	1. 试剂包含CS-A和CS-B两种成分； 2. 染色体分辨率400-550条带。	人份	2025年5月9日8时30分至9时
4	泌尿外科中心	骨穿刺活检针	1. 三棱穿刺针尖及倒锥形针管设计； 2. 配备刻度探针和取样铲； 3. 规格7-13G，长度7-15cm。	个	2025年5月9日8时30分至9时
5	泌尿外科中心	无菌医用激光光纤	与Power/100W钕激光治疗系统配合使用，将医用激光设备的激光传输到患者病变部位。	个	2025年5月9日8时30分至9时
6	消化科	内镜吻合夹	1. 可全层夹闭消化道组织，夹闭更牢固，夹闭组织范围可达最小直径2cm； 2. 捏钛合金、医用不锈钢适用于内镜引导下闭合消化道软组织缺损，穿孔或止血。弹性好，收紧力度强。臂力最小大于1N。	个	2025年5月9日8时30分至9时
7	消化科	内窥镜超声活检穿刺针	1. 穿刺针长度：0cm-8cm，可调节； 2. 工作长度：大于137.5cm，可调节。	个	2025年5月9日8时30分至9时
8	消化科	一次性使用血浆分离器（一次性使用胆红素吸附器）	1. 吸附剂材质：阴离子交换树脂； 2. 吸附剂容积 ≥ 330mL； 3. 具备尼龙材质滤网或者微粒子过滤器； 4. 吸附性能：对总胆红素吸附量应不小于0.8 μmo/mL，总胆汁酸吸附量不小于0.3 μmo/mL。	个	2025年5月9日8时30分至9时
9	消化科	超声下胰腺假性囊肿和包裹性坏死电切引流支架	1. 一体化设计手柄； 2. 多款直径； 3. 全覆膜双法兰设计。	个	2025年5月9日8时30分至9时
10	消化科	经皮内镜引导下胃造口装置	1. 内盘片式，固定牢固管道不会脱出； 2. 材质：医用聚氨酯； 3. 适配设备：胃镜。	个	2025年5月9日8时30分至9时
11	消化科	一次性使用血浆分离器	1. 满足血浆置换、血浆灌流、DPMAS等治疗需求； 2. 血室容量62 ± 10mL； 3. 大于0.68m ² 膜面积，满足临床患者治疗需求。	个	2025年5月9日8时30分至9时
12	消化科	Interlock-35 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统	1. 0.035系统； 2. 互锁臂可控释放； 3. 镍钛钨合金材质； 4. 可以塑形“钻石型”以及“3D”成圈形状； 5. 含有丰富的纤维毛。	个	2025年5月9日8时30分至9时