

公开挂网征询产品清单

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
1	神经内科	游凤	微导丝	1. 芯丝； 2. 海波管； 3. 直径0.010in、直径0.014in； 4. 200cm-300cm长度。	根	2025年6月6日 8时30分至9时
2	神经内科	游凤	一次性颅内血栓抽吸导管	1. 具有抽吸适应症； 2. 内径0.071"； 3. 长度132cm； 4. 线圈缠绕加编织丝编织（镍钛合金）双层结构。	根	2025年6月6日 8时30分至9时
3	神经内科	游凤	桡动脉压迫止血带	1. 透明可视瞭望口； 2. 加压绑带两头自由调节大小； 3. 硬质主体与柔性固定带相结合。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
4	神经内科	游凤	一次性使用颅内血栓抽吸导管	1. 型号长度115cm、132cm； 2. 导管内腔0.058英寸、0.060英寸，外径5.3F、5.4F； 3. 抽吸和支持导管双适应症。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
5	神经内科	游凤	封堵止血系统	1. 适用股动脉穿刺口径5F-8F； 2. 无异物残留。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
6	神经内科	游凤	颈动脉球囊扩张导管	1. 快交型球囊杆体设计，球囊直径范围2.0mm-7.0mm； 2. 额定爆破压高于15atm。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
7	神经内科	游凤	血流导向密网支架	1. 适用病变范围广； 2. 具有专利的路标引导功能； 3. 支架通体显影，贴壁性能优秀，动脉瘤闭塞成功率高。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
8	神经内科	游凤	输送导管	1. 技转的国产品牌； 2. 强支撑； 3. 大内腔； 4. 长度80/90/100cm、需有直头和弯头可供选择。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
9	神经外科	李松	一次性使用脑部牵开导引导管	1. 导管长度大于3cm； 2. 导管直径大于1cm； 3. 导管材质聚碳酸酯。	根	2025年6月6日 8时30分至9时
10	神经外科	彭菊红	脑起搏器	1. 植入式脑深部点刺激脉冲发生器套件：电池重量37-82g，电池寿命3-30年； 2. 植入式脑深部电刺激电极导线套件：电极刺激区域7.5mm-10.5mm； 3. 植入式脑深部电刺激延伸导线套件：延伸导线长度45-90cm； 4. 患者程控仪（患者程控系统）：程控仪范围：幅度（恒压）0.05-9.5V、（恒流）0.05-11.5mA，脉宽范围：60-450us，频率范围：2-250Hz； 5. 患者程控充电器（体外充电器套件）：有仅可充电和充电与程控功能兼具两种。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
11	心血管外科	肖娟	膜式氧合器	1. 血流范围≥7.0L/min； 2. 氧合器自带排气一体化动脉过滤器。	套	2025年6月6日 8时30分至9时
12	心血管外科	马瑞彦	腹主动脉覆膜支架系统	1. 近端定锚10mm； 2. 外鞘全长覆盖水涂层； 3. 外径14-20Fr。	个	2025年6月6日 8时30分至9时

序号	需求科室	经办人	项目及品种名称	关键参数	单位	提交资质和报价时间
13	心血管外科	马瑞彦	牛心包人工心脏瓣膜	1. 瓣叶材质； 2. 最小19型号的瓣膜有效开口面积≥1.40cm ² ； 3. 适用开放手术的同时也能适用于微创手术。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
14	心血管外科	林治东	大动脉覆膜支架系统	1. 覆膜支架长度60-200mm之间，锥度0-8mm之间； 2. 支架输送系统带有后释放机制，支架为后释放； 3. 支架输送系统带有亲水涂层以及推送手柄； 4. 覆膜支架在DSA介入手术室通过常规介入材料辅助植入体内病变血管。	个	2025年6月6日 8时30分至9时
15	心血管外科	林治东	人工血管	1. 产品主要材料：聚酯纤维（PET）； 2. 结构特点：编织结构； 3. 涂层工艺：牛胶原涂覆及甘油涂覆。	个	2025年6月6日 8时30分至9时